ZAŚWIADCZENIE

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE **NR:G1114N**

Medyczne Laboratorium Diagnostyka
Diagnostyka S.A.
ul.Szamocka 6
01-748 Warszawa

w 2023 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii podstawowej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 4 z 6 analitów ocenianych w programie.
Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. WIOSNA	2. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
TSH	(+ +) +	(+ +) +	**bardzo dobra**
FT3	(+ +) +	(+ +) +	**bardzo dobra**
T3	(0/0) N/O	(0/0) N/O	**N/O**
FT4	(+ +) +	(+ +) +	**bardzo dobra**
T4	(0/0) N/O	(0/0) N/O	**N/O**
PSA (Total)	(+ +) +	(+ +) +	**bardzo dobra**

OBJAŚNIENIA
" **+** " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;
" **-** " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;
Dla uzyskania oceny pozytywnej " **+** " dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w obu materiałach (+ +).
N/O - składnik nieoznaczany/niepoddany ocenie (0 0);
Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach kontrolnych;
Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach kontrolnych;
Ocena roczna "zadowalająca" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w dwóch materiałach kontrolnych;
Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym materiale kontrolnym;
Ocena roczna "negatywna" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku niespełnione w żadnym z czterech materiałów kontrolnych;

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Barbara Przybył-Hac; COBJwDL
Data: 2023.12.12 09:26:09 CET

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 12.12.2023 r.
COBJWDL.ZASW.IH.2114.1.2023.1.G1114N.1
Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)